

Krzywda, dn.19.04.2022

*Samorządowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Krzywdzie
ul. Żelechowska 11,
21-470 Krzywda*

Nr sprawy: ZP.1.24.3.2022

Wykonawcy będący uczestnikiem postępowania.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pn.: *„Zakup i dostawa aparatu USG na potrzeby Samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzywdzie”*

Pytanie 1

DOD.

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy będzie wymagał aby oferowany ultrasonograf posiadał nie mniej 2 250 000 kanałów procesowych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Pdpkt. 8

Określony w postępowaniu przez zamawiającego parametr jest zapisem charakterystycznym i wpływa na ograniczenie konkurencyjności zapytania. Czy zamawiający zrezygnuje z podanego parametru, bądź też dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta nie posiadający powyższego parametru?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Pdpkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, jednak z min. 3 aktywnymi gniazdami do podłączenia głowic obrazowych?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z min. 3 aktywnymi gniazdami do podłączenia głowic obrazowych

Pytanie 4

Pdpkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, jednak z panelem dotykowym wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku o wielkości min. 11,1 cala?

ODP: W OPZ pkt 12 Zamawiający jasno wyspecyfikował funkcjonalność dotyczącą panelu dotykowego. Zamawiający pragnie wyjaśnić, że przekątna min. 11,1 cala przekracza wymóg graniczny tj. min.11 cali wyspecyfikowany przez Zamawiającego, a więc wartość oferowana przez wykonawcę spełnia wymóg graniczny.

Pytanie 5

Pdpkt. 13

Określony w postępowaniu przez zamawiającego parametr jest zapisem charakterystycznym i wpływa na ograniczenie konkurencyjności zapytania. Czy zamawiający zrezygnuje z podanego parametru, bądź też dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta nie posiadający powyższego parametru?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6**Pdpkt. 14**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, z liczbą obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 14 000, jednak zapisem Dopplera spektralnego min.10 sekund?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7**Pdpkt. 15**

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy uzna za zasadne zwiększyć parametr – dynamikę aparatu do min. 250 dB? Wartość ta cechuje aparaty premium.

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8**Pdpkt. 20**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, z możliwością płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo +/- 25 stopni oraz góra/dół 20cm?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9**Pdpkt. 23**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, z możliwością współpracy (spełniającą pozostałe parametry kompatybilności) bez możliwości podłączenia głowicy przezprzewodowej bądź z możliwością podłączenia takowej głowicy, jednak wykonanej w technologii monokryształu (single crystal)?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, lecz utrzymuje w mocy zapisy w pkt 69.

Pytanie 10**Pdpkt. 25**

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy uzna za zasadne zwiększyć parametr – regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 do min. 35cm? Wartość ta zwiększa możliwości diagnostyczne aparatu.

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 11**Pdpkt. 33**

Czy Zamawiający ma na myśli – odchylenie wiązki w przypadku obrazowania liniowego? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuści rozwiązanie skokowej zmiany wartości w zakresie max. +/- 30 stopni?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, lecz wymaga, aby liczba poziomów regulacji (skoków) była nie mniejsza niż 21.

Pytanie 12**Pdpkt. 39**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, bez możliwości rozbudowy o pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej „Stress Echo”?

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 13**Pdpkt. 55**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, bez możliwości rozbudowy o tryb obrazowania elastografia typu strain (tzw. uciskowa) dostępna na min. 1 głowicy liniowej, możliwość porównania wyznaczonych obszarów z wyliczeniem ‘strain ratio’, Możliwość ustawienie obrazów tzw. side by

side. Dostępny wskaźnik pracujący w czasie rzeczywistym pokazujący poprawność wykonywania elastografii?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

DOD.

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy będzie wymagał aby oferowana głowica convex posiadała min. 5 zakresów regulacji częstotliwości harmonicznych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Pdpkt. 63

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, z oferowaną głowicą liniową (spełniającą pozostałe parametry minimalne) o liczbie elementów akustycznych min. 192?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

DOD.

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy będzie wymagał aby oferowana głowica liniowa posiadała min. 5 zakresów regulacji częstotliwości harmonicznych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 17

Pdpkt. 67

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy uzna za zasadne zwiększyć parametr dla oferowanej głowicy ginekologicznej - liczba elementów akustycznych do min. 600? Ilość ta cechuje głowice wykonane w technologii wielorzędowej (matrycowej – o kilku rzędach elementów tworzących obraz lub wykonanych w technologii równorzędnej), czyli technologii wyższej. Im większa liczba elementów, tym mamy do czynienia z lepszą jakością obrazowania przestrzennego.

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

DOD.

Zamawiający oczekuje aparatu o zaawansowanych funkcjach diagnostycznych, wobec tego, czy będzie wymagał aby oferowana głowica ginekologiczna posiadała min. 5 zakresów regulacji częstotliwości harmonicznych?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Pdpkt. 69

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową na dzień składania ofert?

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Pdpkt. 83

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf japońskiego producenta o parametrach wielokrotnie przekraczających zakładane, bez możliwości zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu USG z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów? Oferujący proponuje w zamian pełną dostępność serwisantów, przy siedzibie serwisu zlokalizowanej w – Puławy.

ODP: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21, dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA), lp. 3

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dostarczył aparat USG wyprodukowany w roku 2021?

ODP: *Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem zaoferowania sprzętu fabrycznie nowego, niepowystawowego, nierekondycjonowanego, nieregenerowanego, nie demo oraz posiadającego najnowszą dostępną wersję oprogramowania na dzień składania oferty.*

Pytanie nr 22, dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta umożliwia zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej szczególnie w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami.

ODP: *Zamawiający w pkt 83 OPZ jasno określił wymóg dotyczący zdalnego serwisu.*

Pytanie nr 23, dotyczy SWZ (Termin miejsce wykonania zamówienia)

Czy z uwagi na niemożliwy do przewidzenia rozwój zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz wydarzeń na Ukrainie, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

ODP: *Zgodnie z SWZ*

Pytanie nr 24, dotyczy Załącznika nr 3, Wzór Umowy, kary umowne

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

ODP: *Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust.2 Załącznik nr 3 do SWZ*

Pytanie nr 25, dotyczy Załącznika nr 3, Wzór Umowy, kary umowne § 8 2) b)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 100,00zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

ODP: *Zamawiający dokonuje modyfikacji § 8 ust.1 pkt 2) b) Załącznik nr 3 do SWZ*

Pytanie nr 26, dotyczy Załącznika nr 3, Wzór Umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody

rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

ODP: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27, dotyczy Załącznika nr 3, Wzór Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
 - (a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
 - (b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
 - (c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

ODP: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28, dotyczy Załącznika nr 3, Wzór Umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

ODP: Zgodnie z SWZ